

決められた電流以上が流通すると速やかに回路を遮断し事故の波及を未然に防止するブレーカ等は試験内容がJISで決められています。この装置はブレーカの動作、不動作と動作するまでの時間が規格を満足しているか検査するものです。

**形式：ANF-8**

- 電子式定電流自動電源
- 出力電流0～300A（電流1素子）
- パソコンに試験条件を登録し、結果を成績書として出力できます。
- 試験個数は2個
- 時計、出力電流計を装備

**形式：ANF-9**

- 電流制限器の規格（JIS C 8368）に対応
- メカ式手動電源
- 出力電流0～120A
- 出力電流2素子の位相差を選択し試験が可能（0°、60°）
- 試験対象ブレーカを取り付けたパネルを前後左右±5°傾斜させ試験ができます。
- 時計、出力電流計、位相計を装備

改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

〒144-0033  
東京都大田区東糀谷六丁目4番17号  
OTAテクノCORE 301  
TEL03-6423-8122 FAX03-6423-8123  
E-mail:dtec@densokutechno.co.jp  
URL <http://www.densokutechno.co.jp/>

代理店